

発行日 2021年6月3日
発行番号 21-05143-2

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

依頼者 (Customer Name) 沖縄県立中部病院 治験管理センター 殿
製品名 (Description) おんどとり Jr. (株式会社トイ製)
形式 (Model No) TR-51i
製造番号 (Serial No) F8262FDE
管理番号 (Management No) 23078
校正年月日 (Date) 2021年6月2日

上記製品は、品質管理の国際規格IS09001に適合した当社品質システムに基づき校正が行われ、校正作業における検査又は試験の結果は試験成績書通りです。
この校正にかかわる当社使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関の標準とトレーサビリティがとれております。

当社使用標準器

製品名 / 形式	製造番号	校正有効期限
デジタル指示温度計 / CAB-F200-8	0026/05	2021年10月31日
白金測温抵抗体 / NRHS1-0	TS6ZA 7102F	2021年10月31日

高山理化精機株式会社

〒399-0033 長野県松本市大字笹賀5652-18
校正サービス課 TEL 0263-25-3111



発行番号

21-05143-2

試験成績書

依頼者 沖縄県立中部病院 治験管理センター 殿
製品名 おんどとり Jr. (株式会社おんどとり製)
形式 TR-51i
製造番号 F8262FDE
管理番号 23078
校正年月日 2021年6月2日
校正時室温 25 °C 49 %



承認	校正者

上記製品の試験成績は次のとおりです。

校正結果

試験温度(°C)

指示値(°C)

20.0

20.0

上記校正値は調整なしの結果です

使用標準器名称 / 形式	製造番号	精度
デジタル指示温度計 / CAB-F200-8	0026/05	$\pm(0.15+0.002 t)$ °C
白金測温抵抗体 / NRHS1-0	TS6ZA 7102F	(精度は上記に含む)

上記使用標準器は、国家標準にトレーサブルであり又正常であることを確認済み。

以上