

入札公告の訂正（要求仕様書の変更）について

令和5年10月24日付けをもって一般競争入札に付した件について、要求仕様書の内容を次のとおり変更します。

令和5年11月29日

沖縄県立中部病院
院長 玉城和光

1 調達件名

内視鏡関連機器（内視鏡室）の賃貸借にかかる一般競争入札の実施について

2 変更内容

① 1)品名及び構成内容_14.周辺機器

(誤) 内視鏡用送水装置 3台

(正) 内視鏡用送水装置 4台

② 1)品名及び構成内容_14.周辺機器

(誤) 内視鏡用炭酸ガス装置 3台

(正) 内視鏡用炭酸ガス装置 4台

③ 5)仕様_下部消化管用太径スコープ_9-3

(誤) 視野角は170°、観察範囲は、2~100mm であること。

(正) 観察範囲は、標準時:3~100mm・近接時:1.5~2.5mm であること

④ 5)仕様_下部消化管用太径スコープ_9-4

(誤) 先端部径は、φ12.0mm 以下であること。

(正) 先端部径は、φ12.8mm 以下であること。

⑤ 5)仕様_電子コンベックス走査型超音波内視鏡_12-3

(誤) 先端部径は、φ11.7mm 以下であること。

(正) 先端部径は、φ14.5mm 以下であること。

⑥ 5)仕様_電子コンベックス走査型超音波内視鏡_12-4

(誤) 有効長は 1,330mm、全長は 1,650mm であること。

(正) 有効長は 1,250mm、全長は 1,550mm であること。

⑦ 5)仕様_周辺機器 (モニター) _14-1-3

(誤) 映像信号の入力端子は、3G-SDI (1 系統)、DVI-D (2 系統) 以上を有していること。

(正) 映像信号の入力端子は、3G-SDI (1 系統)、DVI-D (1 系統) 以上を有していること。

⑧ 5)仕様_周辺機器 (モニター) _14-1-4

(誤) 映像信号の出力端子は、3G-SDI (1 系統)、DVI-D(1 系統) 以上を有していること。

(正) 映像信号の出力端子は、SDI (1 系統)、DVI-D(1 系統) 以上を有していること。

⑨ 5)仕様_周辺機器 (モニター) _14-1-6

(誤) 最大消費電力は、96W 以下であること。

(正) 最大消費電力は、149W 以下であること。

以上