

内視鏡洗淨機及び内視鏡保管庫

貸借仕様書

沖縄県立中部病院

1. 調達機器 内視鏡洗浄機及び内視鏡保管庫 一式
(その他付属品、搬入、据付、調整等を含む)
2. 契約期間 令和6年7月1日～令和11年6月30日
3. 設置場所 沖縄県立中部病院 耳鼻科外来
4. 一般条項
 - 4.1 機器設置に係る対応をはじめ、搬入・据付・配線など工事費・調整費の全ての費用は受注者が負担すること。
 - 4.2 機器設置に係る対応をはじめ、搬入・据付・配線等については当院の職員と協議の上、その指示に従うこと。
 - 4.3 作業は、納期、作業期間の日程を当院の職員と事前に打ち合わせし、その日程に従い完了すること。
 - 4.4 受注者は納品前に現地下見を病院担当者立会のもと行い、問題が生じる可能性がある場合には、その旨を病院担当者に報告し、設備対応すること。
 - 4.5 機器の現場内設置から使用開始までの養生管理、またはそれに伴う保険等は納入業者の負担で行うこと。
 - 4.6 搬入・据付時に建物および物品に損傷が起きた場合、受注者が責任を持って現状復帰すること。
 - 4.7 試運転・調整・確認・機器清掃終了後に引き渡しされること。
 - 4.8 機器設置においては通常業務に支障のないように行うこと。
5. 構成内容
 - 1) 内視鏡洗浄消毒装置 2台
 - 2) 耳鼻咽喉科用内視鏡保管庫 1台
6. 構成内容
 - 6.1. 内視鏡洗浄消毒装置の仕様は、以下の要件を満たすこと。
 - 6.1.1 水フィルターの交換がワンタッチで行えること。
 - 6.1.2 使用消毒液は過酢酸であること。
 - 6.1.3 定期メンテナンスの時期が分かる表示機能を搭載していること。
 - 6.1.4 電圧は100V交流であること。
 - 6.2. 耳鼻咽喉科用内視鏡保管庫は以下の要件を満たしていること。
 - 6.2.1 本体の材質はステンレス製 SUS304 以上とし、外形寸法は幅 900×奥行 450×1,900mm 以下、外面はヘアライン仕上げであること。
 - 6.2.2 引戸式のガラス戸を 2 枚有しており、ガラスには飛散防止フィルムが貼ってあり、シリンダー錠付で施錠管理ができること。
 - 6.2.3 内部の亚克力製平掛式架台は操作部用の上段とコネクタ一部用の下段の 2 段式となっており、それぞれ、オリンパス社製耳鼻咽喉科用ビデオスコープのピストルグリップが 6 本、レギュラーグリップが 3 本掛けられる形状に加工されていること。
 - 6.2.4 内部には制菌加工素材を使用した布製の緩衝マットが付属していること。また、緩衝マットは取り外して洗濯が可能であること。

以上