

RO 水製造装置 1 式は、以下の要件を満たすこと。

- 1-1 設置寸法は、幅 300 mm×奥行 420 mm×高さ 1310 mmの範囲内であること。
- 1-2 交換コストを鑑み RO 水生産の RO 膜は 1 本であること。
- 1-3 生産水量 600L/h (水温 25℃、60Hz の時)以上の機能を有すること。
- 1-4 濃縮水の排水量調整が必要ない RO 水生産と濃縮水排水を自動的に切り替えながら動作するシステムを採用していること
- 1-5 電源は単相交流 200V, 50/60Hz で動作すること。
- 1-6 装置の回収率は 50%～75%であること。
- 1-7 オプションとして原水タンク、原水ポンプ、徐濁・活性炭・アンチスケールのフィルターセットを選択できること。