

# 器具除染用洗浄器

入札仕様書

令和8年1月

沖縄県立中部病院

## 調達物品に備えるべき技術的要件

### (性能・機能に関する要件)

#### 1 減圧沸騰洗浄器は以下の要件を満たすこと

- 1-1 外形寸法は幅 1,400mm × 奥行 800mm × 高さ 1,050mm 以下であること。
- 1-2 洗浄槽内有効寸法は幅 620mm × 奥行 540mm × 高さ 170mm 以上であること。
- 1-3 内腔を有する器具・チューブ類をアタッチメント不要で同時洗浄が可能であること。
- 1-4 DIN 規格バスケット(幅 520mm × 奥行 250mm × 高さ 50mm)を 6 枚収納できること。
- 1-5 洗浄方式は減圧沸騰方式を採用し、鋼製小物や管状器械、樹脂製品、チューブ等様々な材料形状の器具を洗浄することが可能であること。
- 1-6 【医療現場における滅菌保証ガイドライン 2021】において推奨される洗浄方式として掲載されていること。
- 1-7 データの取り出しが可能な USB ポートを有していること。
- 1-8 洗浄物に応じて 7 パターン以上の運転モード設定が可能であること。
- 1-9 ドアはフットスイッチにて開閉できること。
- 1-10 90°Cでの熱水処理が可能であること。
- 1-11 洗浄剤を入替えすることなく、アルカリ・酵素等がプログラムにて設定変更が可能であること。
- 1-12 洗浄後潤滑防錆剤散布機能を有すること。
- 1-13 ダヴィンチ Xi インストゥルメントの洗浄が可能であること。
- 1-14 ダヴィンチ Xi インストゥルメント 洗浄認証機器として取扱説明書に記載もしくはレター発行されていること。
- 1-15 ダヴィンチ専用バスケットを使用することで、一度にインストゥルメントを最大 12 本洗浄可能であること。

#### 2 その他の必要条件

- 2-1 本機種に障害が生じた場合、復旧のための迅速な対応が行えること。
- 2-2 沖縄県内に支店もしくは営業所を有すること。
- 2-3 調達機器は、入札時点で製品化されていること。
- 2-4 調達機器のうち医療機器に関しては、納入時点で薬事法に定められている製造承認を得ている物品であること。
- 2-5 機器納入後において、実際に使用する前には、当機器にかかる関係職員に対して使用説明会(講習会)を実施し、安全使用を促すこと。
- 2-6 取扱説明書等機器に係る添付書類について、日本語版のものを納入部署に1部提出すること。

以上